

**Iepirkuma komisijas 2017.gada 17.janvāra sēdē sniegtās atbildes uz atklāta konkursa
„Mazgāšanas, dezinfekciju iekārtu iegāde A korpusam”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/242)
ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

Jautājums

6.daļas punkts 6.1. “Lokano endoskoku mazgāšanas – dezinfekcijas iekārta” un

6.daļas punkts 6.1.5. “Ietilpība: viena vai divi daudzkanālu endoskopi”

Norādīto vienību daudzums ir 5 gab. Atsaucoties uz punktu 6.1.5., lūdzam precizēt piedāvājamo iekārtu daudzumu, ja tiek piedāvāta iekārta, kurā iespējams apstrādāt divus daudzkanālu endoskopus vienlaicīgi. Minētā iekārta ir ar divām neatkarīgām mazgāšanas kamerām, kur katrā iespējams mazgāt – dezinficēt vienu daudzkanālu endoskopu. Lūdzam precizēt vienlaicīgi apstrādājamo endoskopu skaitu.

Atbilde

6.1.punktā tiek prasītas 5 (piecas) iekārtas, katra ar kameras ietilpību viens vai divi lokanie endoskopi. Pretendents var piedāvāt iekārtas ar sapārotām neatkarīgām kamerām, bet kameru kopskaitam ir jābūt 5.