

**Iepirkuma komisijas 2015.gada 18.decembra sēdē sniegtās atbildes uz iepirkuma  
„Guļratu piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2015/37)  
ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu**

**Jautājums**

Vēlamies precizēt tehniskās specifikācijas prasību “*Nesēj-konstrukcija no metāla, nerūsējoša*”.

Vai tehniskās specifikācijas prasība tiks izpildīta:

- ja Pretendents piedāvās nerūsējoša tērauda *nesēj*-konstrukciju?
- ja Pretendents piedāvās *nesēj*-konstrukciju no metāla, kas ir pārklāts ar pulvera pārklājumu?
- ja Pretendents piedāvās *nesēj*-konstrukciju, kas ir cinkots un pārklāts ar pulvera pārklājumu?

**Atbilde:**

Prasība tiks izpildīta, ja pretendents piedāvās nerūsējoša tērauda *nesēj*-konstrukciju vai cinkotu *nesēj*-konstrukciju, kas pārklāta ar pulvera pārklājumu.