

**Iepirkuma komisijas 2016.gada 19.janvāra sēdē sniegtā atbilde uz atklāta konkursa  
„Anestēzijas darba staciju piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36)  
ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu**

**Jautājums**

Tehniskā specifikācija “Anestēzijas darba staciju piegāde”. Vispārīgās prasības, punkts Nr.2. Pretendents nodrošina, ka visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes.

Vai ir pareizi saprotams, ka izsvītrojot minēto punktu (2016.gada 6.janvāra iepirkumu komisijas sēde. Protokols Nr.2), pretendents var piedāvāt lietotas iekārtas, atjaunotas iekārtas, vai iekārtas ar atjaunotām sastāvdaļām, remontētām komponentēm un nenoteikta vecuma.

**Atbilde:**

Pretendents var piedāvāt iekārtas, kuras nav bijušas klīniskajā lietošanā, nav remontētas vai rūpnieciski atjaunotas, un kurām nav mainītas detaļas.