

**Iepirkuma komisijas 2016.gada 21.janvāra sēdē sniegtā atbilde uz atklāta konkursa  
„Anestēzijas darba staciju piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36)  
ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

**1.jautājums**

2016.gada 11.janvāra jautājumā prasīts:

1. Vai pretendents drīkst piedāvāt lietotas iekārtas?
2. Vai pretendents drīkst piedāvāt atjaunotas iekārtas?
3. Vai pretendents drīkst piedāvāt iekārtas ar atjaunotām sastāvdaļām?
4. Vai pretendents drīkst piedāvāt iekārtas ar remontētām komponentēm?
5. Vai pretendents drīkst piedāvāt nenoteikta vecuma iekārtas?

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” iepirkuma komisijas sniegtajā atbildē nav atbildēts neviens no šiem jautājumiem.

**Atbilde:**

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” iepirkuma komisija savā 19.01.2016. atbildē ir norādījusi, ka Pretendents var piedāvāt iekārtas, kuras nav bijušas klīniskajā lietošanā, nav remontētas vai rūpnieciski atjaunotas, un kurām nav mainītas detaļas.

**2.jautājums**

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” iepirkuma komisijas sniegtā atbildē ir minēts, ka “Pretendents var piedāvāt iekārtas, kuras nav bijušas klīniskajā lietošanā”. Vai ar šo ir pareizi saprotams, ka:

1. Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, kas ir izmantotas prezentācijās?
2. Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, kas ir izmantotas apmācībās?
3. Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, kas ir izmantotas izstādēs?
4. Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, kas ir izmantotas demonstrācijās?

**Atbilde:**

Pretendents var piedāvāt iekārtas, kas ir izmantotas prezentācijās, apmācībās, izstādēs vai demonstrācijās.