

**Iepirkuma komisijas 2016.gada 27.janvāra sēdē sniegtās atbildes uz iepirkuma „Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2) ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem**

**1.jautājums**

Izskatot Tehnisko specifikāciju iepirkuma 2.daļai (Intensīvās terapijas gulta) ir radies sekojošs jautājums.

Specifikācijas 2.1.17.5.punktā ir minēts, ka uz vadības pults ir jābūt iespējai mainīt gultas slīpumu, bet gultas tehniskajās prasībās nekas nav minēts par šādas funkcijas nepieciešamību, tāpēc vēlējamies jautāt vai ir jāpiedāvā gulta ar pacienta virsmas slīpuma regulēšanas iespēju? Ja jā, tad par cik grādiem?

**Atbilde:**

Prasība tiks izpildīta, ja pretendents piedāvās gultu ar pacienta virsmas slīpuma regulēšanas iespēju.

Iepirkuma priekšmeta 2.daļas tehniskās specifikācijas 2.1.11. un 2.1.12.punktā ir noteiktas minimālās slīpuma regulācijas prasības.

*“2.1.11. Trendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 12° leņķī.*

*2.1.12. antiTrendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 8° leņķī.”*

**2.jautājums**

Iepirkuma 2.daļā – intensīvās terapijas gultas – punktā 2.1.10. ir noteikts, ka sānu margām ir jānosiedz vismaz 2/3 gultas garuma, savukārt komplektācijā aizsargmargas nav minētas. Vai gultu komplektācijā ir jāiekļauj aizsargmargas?

**Atbilde:**

Pretendentam gultu komplektācijā ir jāiekļauj sānu margas.