

**Iepirkuma komisijas 2016.gada 22.jūlija sēdē sniegtā atbilde uz iepirkuma
„Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde I”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/150)
ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu**

Jautājums:

Vakuumsūkņa daudzums ir 4gb., taču punktā 1.12. Jūs prasāt mobilos statīvus 5gb. Vai nav sajaukts?

Atbilde:

Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmeta 1.daļas “Kirurģiskais vakuumsūknis” tehniskajā specifikācijā ir sniegta pretrunīga informācija attiecībā uz apjomiem, iepirkuma komisija precizē iepirkuma priekšmeta 1.daļas tehnisko specifikācijas 1.12.punktā norādīto apjomu no “5 gab.” uz “4 gab.” saskaņā ar 1.punktā noteikto.