

**Iepirkuma komisijas 2016.gada 2.decembra sēdē sniegtās atbildes uz atklāta konkursa
„Procedūru lampu un gaismas avotu iegāde A korpusam”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/228)
ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

1. jautājums

Vai iepirkuma procedūras Nr. PSKUS 2016/228 tehniskajā specifikācijā pie 1.daļas 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.punktiem komplektācija iekļauts arī krāsu monitors (1.daļas 1.4.punkts), vai arī tas paredzēts atsevišķi no komplektācijas?

Atbilde:

Krāsu monitors ir jāiekļauj komplektācijā.

2. jautājums

Vai iepirkuma procedūras Nr. PSKUS 2016/228 tehniskajā specifikācijā pie 2.daļas 2.6., 2.7., 2.8.punktiem – komplektācija iekļauts arī krāsu monitors (2.daļas 2.3.punkts), vai arī tas paredzēts atsevišķi no komplektācijas?

Atbilde:

Krāsu monitors ir jāiekļauj komplektācijā.

3. jautājums

Vai iepirkuma procedūras Nr. PSKUS 2016/228 tehniskajā specifikācijā pie 3.daļas 3.6., 3.7., 3.8.punktiem – komplektācija iekļauts arī krāsu monitors (3.daļas 3.3.punkts), vai arī tas paredzēts atsevišķi no komplektācijas?

Atbilde:

Krāsu monitors ir jāiekļauj komplektācijā.