

**Iepirkuma komisijas 2016.gada 9.decembra sēdē sniegtās atbildes uz atklāta konkursa
„Laboratorijas iekārtu piegāde A korpusam”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/239)
ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

1. jautājums

4.daļas tehniskajā specifikācijā 4.3.punktā norādīts, ka rotors ar adapteriem tiks izmantots ar ependorfa mēģenēm. Kāda tilpuma mēģenēm rotors ar adapteriem nepieciešams?

Atbilde:

Rotors ar adapteriem nepieciešams 2ml tilpuma mēģenēm.

10.daļas specifikācija prasa “Automatizētu pacientu paraugu šķirotāju, sadalītāju ar alikvotēšanas un arhivēšanas moduli”.

2. jautājums

10.15.punkts – jānodrošina arhivēto paraugu izsekojamību, datu un informācijas uzglabāšanu. Jābūt savietojamai ar šķirotāju un Laboratorijas informācijas sistēmu.

Lūdzu paskaidrot, vai paraugu šķirotājs un paraugu arhivētājs ir domātas divas fiziski dažādas iekārtas, kas nodrošina gan šķirošanas un arhivēšanas funkcijas.

Atbilde:

Automatizēts pacientu paraugu šķirotājs, sadalītājs ar alikvotēšanas un arhivēšanas moduli – ir viena iekārta.

3. jautājums

10.16.punkts – iekārtas aizņemamā platība nepārsniedz 4 m². Iekārtas augstums nepārsniedz 2m, platums nepārsniedz 5m, garums nepārsniedz 3m.

Lūdzu paskaidrot, vai platības prasības iekārtai ir domāta prasība vienai iekārtai, vai atsevišķa platība šķirotājam un atsevišķi arhivētājam, jo tās ir domātas kā divas iekārtas.

Atbilde:

10.16. punktā definētie izmēri ir visas sistēmas maksimālie izmēri.

4. jautājums

10.13.punkts – jānodrošina paraugu alikvotēšana ilglaicīgai arhivēšanai ar termiņu ne mazāk kā 4 gadi mikrotitru platēs, kas nodrošinātas ar atsevišķiem stobriņiem ne mazāk kā 1 ml parauga daudzumam. Katra plate jānodrošina ar svītrukodu un arī katram stobriņam jābūt ar svītrukodu.

Lūdzu paskaidrot, vai, izejot no šīs prasības, jāpiedāvā arhivēšanas moduli bez mikroplašu vai ar mikroplašu iegādi.

Atbilde:

Šī iepirkuma ietvaros mikroplates jāpiedāvā tādā apjomā, lai varētu nodrošināt 10.daļas Vispārīgo prasību 3.un 12.punktu izpildi.