

**Iepirkuma komisijas 2017.gada 17.janvāra sēdē sniegtās atbildes uz atklāta konkursa
„Diagnosticiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/271)
ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

1. jautājums

1.Daļa Nolikuma 1.pielikuma punkts 1.1.1.5. “Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 10 collu skārienjūtīgu ekrānu”. Šī prasība neietekmē US aparāta ne darbību, ne attēla kvalitāti. Ja, mūsu piedāvātajam US aparātam ir 9 collu skārienjūtīgs ekrāns. Vai tas parametrs būs atbilstošs jūsu izvirzītajām tehniskajām prasībām?

Atbilde

Piedāvājums tiks izskatīts, bet par atbilstošu tiks atzīts piedāvājums, kurš atbildīs iepirkuma Nolikuma prasībām.

2. jautājums

2.Daļa. Nolikuma 1.pielikuma punkts 2.1.1.5.; 2.2.1.4. “Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 10 collu skārienjūtīgu ekrānu”. Šī prasība neietekmē US aparāta ne darbību, ne attēla kvalitāti. Ja, mūsu piedāvātajam US aparātam ir 9 collu skārienjūtīgs ekrāns. Vai tas parametrs būs atbilstošs jūsu izvirzītajām tehniskajām prasībām?

Atbilde

Piedāvājums tiks izskatīts, bet par atbilstošu tiks atzīts piedāvājums, kurš atbildīs iepirkuma Nolikuma prasībām.

3. jautājums

2.Daļa. Nolikuma 1.pielikuma punkts 2.1.1.11.; 2.2.1.11. “Iespējams, vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 3 elektroniskās zondes. Vismaz 2 vietas zonžu fiksēšanai pie korpusa”. Šī prasība neietekmē US aparāta ne darbību, ne attēla kvalitāti. Ja, mūsu piedāvājuma US aparātam ir 4 aktīvas elektroniskas vietas zonžu pieslēgumam un 1 vieta zonžu fiksēšanas pie korpusa. Vai tas parametrs būs atbilstošs jūsu izvirzītajām tehniskajām prasībām.

Atbilde

Piedāvājums tiks izskatīts, bet par atbilstošu tiks atzīts piedāvājums, kurš atbildīs iepirkuma Nolikuma prasībām.