

**Iepirkuma komisijas 2016.gada 28.decembra sēdē sniegtās atbildes uz atklāta konkursa
„Procedūru lampu un gaismas avotu iegāde A korpusam”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/228)
ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

1. jautājums

Iepazīstoties ar Tehniskās specifikācijas 1.daļas 3.1.12.punktu “Lampa nodrošina zaļo gaismu endoskopiskām operācijām”, 2.daļas 2.1.12.punktu “Lampa nodrošina zaļo gaismu endoskopiskām operācijām” un 3.daļas 3.1.12.punktu “Lampa nodrošina zaļo gaismu endoskopiskām operācijām”, pretendents radās jautājums – kāpēc ir nepieciešams šāds, specifisks parametrs, kuru spēj nodrošināt tikai atsevišķi ražotāji, vadošiem operāciju lampu ražotājiem ir analogs risinājums endoskopiskā apgaismojuma režīmam. Tas spēj nodrošināt optimālu apgaismojumu operāciju zālē, kas atbilst klīniskajam pielietojumam.

Atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus 1.daļas 3.1.12.punktā, 2.daļas 2.1.12.punktā un 3.daļas 3.1.12.punktā un izsaka tos šādā redakcijā: “Lampa nodrošina endsokopisko režīmu”.

2. jautājums

Iepazīstoties ar Tehniskās specifikācijas 4.daļas 4.1.4.punktu “Fokusētās gaismas diametrs 1m attālumā līdz ne mazāk kā 23 cm”, pretendents radās jautājums – kāpēc procedūru lampai ir nepieciešams tik netipiski liels gaismas lauka diametrs, kādu spēj nodrošināt tikai atsevišķi procedūru lampu ražotāji, ja vadošie procedūru lampu ražotāji šīm procedūru lampām nodrošina apmēram 16 cm fokusētās gaismas lauku 1 m attālumā, kas ir pilnīgi pietiekami manipulāciju un procedūru veikšanai, un arī ekonomiski izdevīgāks risinājums gan pie lampu iegādes, gan pie uzturēšanas.

Atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus 4.daļas 4.1.4.punktā un izsaka to šādā redakcijā: “Fokusētās gaismas diametrs 1m attālumā ne mazāk kā 16 cm”.