

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV – 1002

Atklāta konkursa
„4.operācijas bloka ķirurģiskais nodrošinājums”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SKUS 2013/03)
Iepirkuma komisijas sēdes
protokols Nr. 7

Laiks: 2014.gada 15.aprīlī plkst. 16.00.

Vieta: Pilsoņu ielā 13, Rīga.

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja:	Anita Kalēja - Ārstniecības departamenta direktore
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: direktore.	Dace Kancāne - Aprūpes departamenta
Komisijas locekļi:	Anda Jumiķe - Aptiekas vadītāja
	Gunta Geldnere - Ārstniecības departamenta direktora vietniece internās medicīnas jautājumos
	Mārīte Daukste - Latvijas Kardioloģijas centra 39.sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas virsmāsa
	Irēna Ambrasa - Finanšu departamenta Ekonomikas daļas ekonomiste
	Sanita Briede - Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas juriste (iepirkumu speciālists)

Iepirkuma komisija izveidota ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.11 (protokols Nr. 6. p.1) „Par iepirkumu komisiju sastāviem un komisijas locekļu amata nosaukumu izmaiņām”.

Sēdes norise:

1. Iepirkuma komisija atklāta konkursa „4.operācijas bloka ķirurģiskais nodrošinājums”, identifikācijas Nr. SKUS 2013/03 (turpmāk – Konkurss) ietvaros 2014.gada 10.aprīlī no Iepirkuma uzraudzības biroja ir saņēmusi vēstuli Nr.4-1.1/1048, kurā informē par saņemto vēstuli no „Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle” (turpmāk – Iesniedzējs), kur tiek norādīts par Konkursa vērtēšanu, proti, iepirkuma priekšmeta 2.daļā ir atzīts SIA „R.A.L.” un 15.daļā – SIA „Interlux” par uzvarētājiem. Iesniedzējs uzskata, ka šāds lēmums ir prettiesisks.
2. Saskaņā ar 2014.gada 14.aprīļa traumatologa – ortopēda Jāņa Osīša eksperta slēdziena papildinājumu par to, ka piekrīt Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle pamatojumam, ka

Konkursa 2.daļā – SIA „R.A.L.” iesniegtais piedāvājums nav atbilstošs Konkursa izvirzītajām prasībām, jo

- iegurņa fiksācijas skrūves nevar nepastarpināti pieslēgt konstrukcijas nesošajiem stieņiem ar poliaksiālu skrūves galvu;
- Poliaksiālo skrūvju maksimālais galviņas nolieces leņķis ir ievērojami mazāks par specifikācijā norādīto nolieci no skrūves garenass;
- Šķērsfiksāciju maksimālais garums ir par 10 mm mazāks nekā minēts specifikācijā;
- Nav skaidras norādes par 2.4.18 punktā minētajiem sānu konektoriem un 2.4.21 minētajiem palielinātas lieces izturības (CoCr) konstrukcijas nesošajiem stieņiem, to garumiem;
- CD Horizon Fenestrated Screw spinal system neatbilst perkutānai fiksācijas sistēmai uz kuru norādīta atsauce. Perkutānās Fiksācijas sistēmai atbilst Medtronic MAST, kura savukārt nav minēta Tehniskajā un finanšu piedāvājumā latviešu valodā.

3. Saskaņā ar 2014.gada 14.aprīļa eksperta Viktora Vestermaņa atzinumu, tiek norādīts, ka Konkursa 15.daļā – SIA „Interlux” piedāvājums ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam, jo saskaņā ar nolikuma 15.2.4.punktu ir augsta viskozitāte un saskaņā ar 15.2.5. punktu cementa izmantošanas laiks ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai.

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto iepirkuma komisija pieņem lēmumu:

- 3.1. atcelt 2014.gada 27.martā pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību Konkursa iepirkuma priekšmeta 2.daļā piešķiršanu „Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle” (protokols Nr.5 3.4.punkts) un 15.daļā atstāt lēmumu nemainītu;
- 3.2. saskaņā ar Konkursa nolikuma 6.1.apakšpunktu Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā piešķirt līguma slēgšanas tiesības Konkursa iepirkuma priekšmeta 2.daļā „Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle”, reģistrācijas Nr. 40003600116 par kopējo līguma summu EUR 49 185,00 (četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Konkursa iepirkuma priekšmeta pārējās daļās netiek mainīts un paliek spēkā;
- 3.3. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32.pantā noteikto kārtību informēt Konkursa pretendentes par pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Konkursa iepirkuma priekšmeta 2.daļā;

- 3.4. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 27.pantā noteikto iesniegt publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;
- 3.5. ievietot informāciju par Konkursa rezultātiem VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” mājaslapā www.stradini.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs jautā, vai klātesošajiem komisijas locekļiem ir kādi jautājumi vai iebildumi. Jautājumu un iebildumu nav. Sēde tiek slēgta.

Pielikumā: Traumatologa – ortopēda J.Osīša eksperta slēdziena papildinājums uz vienas lapas eksperta V.Vestermana atzinums uz vienas lapas.

D.Kancāne

A.Jumiķe

M.Daukste

Protokolē R.Biteniece

G.Geldnere

I.Ambrasa

S.Briede